

NO/154/2012

Radom, dnia 2012-09-10

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia, numer sprawy BP/22.2/2012

Na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nr sprawy BP/22.2/2012, wprowadza się następującą zmianę:

1. W pkt **III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1, ppkt 1.1.**, zmienia się dotychczasową treść na następującą:

„zgodność aparatu z normami ASTM D5771 oraz ASTM D5950 jak również z normami ASTM D97, PN-ISO 3016, ASTM D 2500 oraz PN ISO 3015.”

W związku z wprowadzoną zmianą termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 20.09.2012 r., godzina 9:30

Podpisał:

mgr inż. Wojciech Karsznia
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych