

NO/13/2014

Radom, dnia 2014-06-23

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury do oznaczania zawartości azotu, numer sprawy: BL/03/2014, do zamawiającego wpłynęły prośby o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. *Czy pod pojęciem „możliwość zastosowania gazu CO₂”, Zamawiający rozumie że ma być dostarczone urządzenie z systemem pracującym na CO₂ jako nośniku próbek ?*

Odpowiedź:

Wymagany nośnikiem próbek jest CO₂.

2. *Czy z związku z zapisem że urządzenie ma być „zgodne z normami międzynarodowymi, m.in.: ISO, AACC, ICC”, zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało: limit detekcji 0,1mg N, odchylenie standardowe wyników <0,05% (dla próbki 250mg kwasu glutaminowego), stopień odzysku >99,5% ?*

Odpowiedź:

Parametry pracy urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami wymienionych norm.

3. *Czy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa, Zamawiający wymaga oprogramowania sterującego, zapewniającego pełną kontrolę pracy urządzenia oraz zawierającego moduł do sprawdzania szczelności systemu na wszystkich połączeniach wewnątrz urządzenia ?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymienionych opcji.

4. *Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało porty komunikacyjne USB i RS232 ?*

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby urządzenie było przystosowane do współpracy z komputerem i w tym celu musi być wyposażone w odpowiednie porty komunikacyjne.

5. *Czy Zamawiający w celu przygotowania próbek do analizy wymaga wyparki obrotowej, próżniowej (z pompką wodną) o powierzchnia kondensacji chłodnicy 1460 cm³, z system combi-clip z wewnętrznym gwintem i metalową zawleczką do szybkiego mocowania i zdejmowania kolby destylacyjnej oraz szklaną rurką wyparną ze szlifem STJ 29/32 z zewnętrznym gwintem dostosowanym do współpracy z combi-clipem ?*

Odpowiedź: Nie.

6. *Czy zamawiający wymaga niezbędnego wyposażenia w postaci startera:*
 - *zapewnienia pierwszego napełnienia gazów niezbędnych do pracy (1 butla 99,995% CO₂, 1 butla 99,995% O₂) do butli będących w posiadaniu Zamawiającego.*
 - *zestawu akcesoriów niezbędnych do uruchomienia systemu: tuba do spalania, tuba do dopalania, 2 tuby redukcyjne, tygiel metalowy, tygiel ceramiczny.*
 - *zestawu akcesoriów i odczynników niezbędnych do pracy: prasa manualna do przygotowywania stałych próbek, zestaw odczynników, zestaw cynowych łódek wagowych.*

Odpowiedź:

Tak.

7. *Czy Oferent ma posiadać autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ?*

Odpowiedź: Tak.

8. *Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę urządzenia z zakresem pomiarowym do 200 mg N?*

Odpowiedź: Tak.

9. *Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę urządzenia do oznaczania zawartości azotu bez możliwości stosowania CO₂, wymagającego natomiast do pracy hel jako gaz nośny, tlen do spalania próbki i powietrze sprężone?*

Odpowiedź: Nie. Wymagany nośnikiem próbek jest CO₂.

10. *Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji gazowej w budynku, w którym będzie pracowało urządzenie, bądź wymaga dostawy reduktorów butlowych do gazów?*

Odpowiedź: Nie.

11. *Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę urządzenia pracującego zgodnie z normami AOAC, AACC, ASBC, ISO i OIV?*

Odpowiedź: Tak.

12. *Czy istnieje możliwość zaoferowania analizatora do opcjonalnej pracy z gazami nośnymi helem i argonem?*

Odpowiedź: Nie. Wymagany nośnikiem próbek jest CO₂.

Podpisał:

mgr inż. Wojciech Karsznia
Główny Specjalista ds. Planowania
i Zamówień Publicznych