

NO/155/2012

Radom, dnia 2012-09-12

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia, numer sprawy BP/22.2/2012, do zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierająca następujące pytanie:

1. *W opisie przedmiotu zamówienia podano w pkt 1.4, że aparat ma posiadać blok chłodzący jako integralną część aparatu. Czy Zamawiający podając powyższy wymóg dopuszcza zaoferowanie aparatu wymagającego podłączenia do zewnętrznego źródła chłodzenia (np. woda wodociągowa, kriostat) czy też aparat ma być zasilany wyłącznie energią elektryczną?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Podpisał:

mgr inż. Wojciech Karsznia
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych