

NO/196/2012

Radom, dnia 2012-11-23

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu kulometrycznego, numer sprawy BP/33/2012, do zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

1. *Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie piecyka pracującego z fiolkami o pojemności 6 ml zapewniającego lepszą dokładność, precyzję i powtarzalność przeprowadzanych pomiarów?*

Odpowiedź:

Fiolki 6 ml będą odpowiednie, jeżeli zapewniają dokładność i powtarzalność pomiarów zawartości wody przy zakresie stężeń w przedziale 0,0001% - 100%.

Podpisał:

mgr inż. Wojciech Karsznia
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych