

NO/203/2012

Radom, dnia 2012-12-06

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), numer sprawy BT/35/2012, do zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

- 1. Czy Zamawiający uzna zastosowanie szybkiego systemu skanowania z uśrednieniem sygnału liniowego (line scan averaging) jako spełnienie warunku dedykowanego „niskiej próżni”?*

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Podpisał:

mgr inż. Wojciech Karsznia
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych